

ОТЗЫВ

об использовании вакуумных пробирок «Юнивак» производства ООО
«Эйлитон», г.Дубна, Московская область

В КДЛ ГБУЗ "ПТД КО" были использованы вакуумные пробирки "Юнивак"

1. Пробирки "UNIVAC" с наполнителем К2ЭДТА 4мл. Для общего анализа крови, пробирки с активатором свертывания (кремнезем) с разделительным гелем 5мл, изготовленных из пластика. Пластиковые пробирки значительно снижают вероятность инфицирования персонала. С использованием данных пробирок было проведено 100 анализов. При взятии крови в пробирки с тромбином сгусток образовывался в течение 5 минут, что позволяло максимально быстро проводить исследования. Забор крови происходил до указанной метки, обеспечивая правильное соотношение кровь-реагент, после центрифугирования объема полученной сыворотки хватало для проведения необходимых исследований, случаев гемолиза образцов не наблюдалось. Использование цветовой кодировки пробирок, а также надпись наполнителя на русском языке позволяет избегать ошибок при взятии биоматериала. Результаты анализов, проведенных с использованием в качестве активатора свертывания кремнезема и тромбина, позволили получить клинически сопоставимые данные. При использовании вакуумных пробирок Юнивак по сравнению с пробирками Vacuette, которыми пользовались ранее, существенных различий не выявлено.

Вывод: Вакуумные пробирки Юнивак российского производства могут быть рекомендованы к широкому применению в ЛПУ Российской Федерации. Использование качественных и недорогих пробирок Юнивак позволит существенно экономить бюджетные средства.

С уважением главный внештатный специалист

МЗ КО по КЛД



Тюктяева Т.В.